



Aufnahme in die Liste der SARS-CoV-2-AG-Tests auf der BfArM-Homepage -
BfArM-Vorgangsnummer: AT058/20 - Handelsname des Tests: DIAQUICK
 COVID-19 Ag Cassette. Hersteller Liste des Bundesgesundheitsamt.

DIAQUICK COVID-19 ANTIGEN MERKMALE

- **Immunchromatographischer in-vitro Test**
 - **Schneller, qualitativer Nachweis vom Nucleocapsid Protein Antigen von SARS-CoV-2**
 - **Abstrich aus dem Nasen-Rachen-Raum**
- Schnelles Ergebnis nach 15 Minuten**
- Einfaches, zeitsparendes Verfahren
- Hohe Sensitivität und Spezifität



TESTDURCHFÜHRUNG



BESTELLINFORMATION

REF	Name	Probenart	Tests/ Kit
Z20401CE	DIAQUICK COVID-19 Ag Cassette	Antigen /Nase Rachen	20 Tests

NEUE Charge Sensitivität 97.3 Spezifität 100 % Genauigkeit 99,0% 08.2022

Test zur Anwendung in :

KKH, Pflegeheimen, Kindergärten, Betrieben- MA Testung , Städten und Gemeinden usw.